


Certificado de Análise

ACETONA HPLC
PLUS 1L

FABRICAÇÃO 07/03/2024	VALIDADE 07/03/2028	QUANTIDADE 1000ML	
LOTE 20240307100246		CÓDIGO HL100.246	

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
CAS	67-64-1	67-64-1
FORMULA	CH ₃ COCH ₃	CH ₃ COCH ₃
PESO MOLECULAR	58,08 G/MOL	58,08 G/MOL
TEOR (CONCENTRAÇÃO)	MIN. 99,5 %	99,52
NAO VOLATEIS	MÁX. 0,001 %	< 0,001 %
AGUA (H2O)	MÁX. 0,2 %	< 0,2 %
ACIDOS LIVRES (COMO CH3COOH)	MÁX. 0,002 %	< 0,002 %
ALCALIS LIVRES (COMO NAOH)	MÁX. 0,002 %	< 0,002 %
SUBST. REDUTORES PERMANGANATO	PASSA NO TESTE	PASSA NO TESTE
ABSORBANCIA 400-380NM	MÁX. 0,01	< 0,01
ABSORBANCIA 340NM	MÁX. 0,1	< 0,1
ABSORBANCIA 330NM	MÁX. 1	< 1
TRANSMITANCIA 345NM	MIN. 50 %	> 50 %
TRANSMITANCIA 350NM	MIN. 80 %	> 80 %
TRANSMITANCIA 360NM	MIN. 98 %	> 98 %
ASPECTO	LÍQUIDO INCOLOR	LÍQUIDO INCOLOR

